

- copie -

20765/01.06.17

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
"Dobrogea" al județului Constanța

NESECRET  
Exemplar nr. 1  
Nr. 2101665  
Constanța, 22.07.2017



CONSILIUL JUD. CONSTANȚA  
INTRARE Nr. 2065  
2017 Luna 07 Ziua 27

### REFERAT DE NECESITATE

Vă adresez rugămintea de a analiza posibilitatea alocării sumei de **4.923,00 lei** fără TVA din bugetul alocat instituției noastre pe anul 2017, pentru repararea aparatului „Spectometru pentru detecție STL și STI RAID-M 100/BRUKER DALTONIK” (funcționează în mod defectuos, nu intră în modul de operare ci rămâne în modul selftest, iar după aproximativ 20 de minute apare eroarea A0401-selftest timeout) care echipează autospeciala C.B.R.N. din dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța.

Acest aparat din dotarea autospecialiei C.B.R.N. este utilizat pentru:

- detectare de substanțe chimice în aer;
- alarmarea automată în cazul depășirii unui anumit prag;
- monitorizarea personalului sau echipamentelor contaminate;
- monitorizarea continuă și autonomă a aerului prin detectarea prezenței substanțelor chimice S.T.L și S.T.I (substanțe toxice de luptă și substanțe toxice iritante) cu alarmare audio și vizuală.